

Operațiuni de service si intretinere echipamente_Laborator Chimie Sanitara

I.D.: 39933132

Data publicarii	28.08.18	Coduri CPV	50410000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 3.701,00 RON - 3.701,00 RON

Descriere: Referat nr. 14003 din 12.06.2018 - Laborator Chimie Sanitara Sursa: veniturii proprii, art.: 200109; SPECIFICATII: - Compartiment CHIMIE ALIMENT: 1 Balanta analitica Kern 770 240 2 Mineralizator Gerhardt TT625 315 3 Distilator Gerhardt VAP 30 567 4 Balanta analitica Mettler Toledo AG 204 280 5 Soxtherm S306 AK/306A 1063 - Compartiment CHIMIE APA: 1** pH-metru Mettler Toledo MP220 114 2 Turbidimetru portabil Hanna 140 3** Conductometru Mettler Toledo MC 114 4 Balanta analitica AG 2004 280 5 pH-ion 735 114 6 Bidistilator apa Fistreem Cyclon 474 ** Pentru aceste aparate producatorul nu mai asigura piese de schimb mai putin SOLICITAM: În perioada de valabilitate a contractului se vor efectua următoarele operații: O revizie. Se va face o revizie pana la 31.12.2018 în cadrul căreia se vor executa toate operațiunile necesare pentru asigurarea funcționării în condiții optime a aparaturii după cum urmează: • Curățarea și verificarea funcțională ; • Verificarea componentelor aparaturii care sunt supuse uzurii; • Activități de întreținere a aparaturii conform stării tehnice a acestora; • Calibrarea și verificarea parametrilor de funcționare conform specificațiilor tehnice ale aparatului. • La încheierea reviziei se vor întocmi rapoarte de revizie în care se vor consemna toate operațiunile efectuate și starea curentă a aparatelor.
