

Revizie periodica hota microbiologica

I.D.: 43318031

Data
publicarii 27.02.20

Coduri CPV

50410000-2

Pretul
estimativ: 1.740,00 RON - 1.740,00 RON

Descriere: În cadrul reviziei se verifică: - integritatea filtrului prin măsurarea particulelor din fluxul de aer laminar; - viteza fluxului de aer la fereastra frontală; - intensitatea luminii și a zgomotului produs; - intensitatea luminii UV la sterilizarea interioară; - presiunea diferențială pe fiecare filtru; - starea de curățenie în locurile inaccesibile operatorilor; - consumul general de curent și rezistența la împământare
