
Indicatori biologici pentru abur EZ TEST/25

I.D.: 39949083

Data publicarii	13.08.18	Coduri CPV	33124131-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.560,00 RON - 2.560,00 RON

Descriere: Bacillus stearothermophilus - sterilizare cu ABUR (121 - 134OC); EZ Test Steam-log 6, Incubatie de 24 ore. Contine spori de G. strearothermophilus. Se foloseste pentru validarea sterilizarii la abur la 121°C sau pentru sterilizarea la abur la 121-135°C, cicluri de prevacuum. Sterilizarea nu este valida daca s-a schimbat culoarea în galben sau daca solutia s-a tulburat sau si-a modificat structura MOD AMBALARE: CUTIE 25 FIOLE
