

Balanta tehnica de laborator

I.D.: 12919312

Data publicarii	16.05.16	Coduri CPV	38311100-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	23.05.16	Pretul estimativ:	2.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

Descriere: 1.CERINTE TEHNICE -Capacitate - pana la 2100 g -Sarcina minima - 0.5 g -Precizia - 0.01 g - Domeniu tara - (- 2100 g) -Repetabilitate - 0,005 g -Liniaritate - ± 0.02 g -Diametru platan - aproximativ 165-195 mm -Platforma de cantarire (platan) - inox -Timp de stabilizare - 2 s - Rezolutie - 0,001 g. 2.CERINTE GENERALE -afisaj grafic iluminat si contrast reglabil - posibilitate de calibrare automata interna -posibilitate de creare si tiparire a rapoartelor de masurare -echipare cu interfata USB -husa de protectie pentru platforma -husa de protectie pentru terminal -posibilitate de cantarire sub balanta (pentru evitarea dereglarii sistemului electronic din cauza creerii unor campuri electromagnetice) 3.ALTE CERINTE -Aprobare de model (pentru conformarea la legislatia metrologica in vigoare) -Asigurarea instalarii echipamentului si a instruirii personalului in privinta utilizarii acestuia de catre firma furnizoare -Garantie minim 2 ani (certificat/declaratie de garantie) -Carte tehnica/manual de operare -Certificat de verificare metrologica -Certificat de etalonare metrologica - Posibilitatea asigurarii mentenantei si service-ului pentru echipamentul achizitionat - Asigurarea consumabilelor (pieselor de schimb) necesare
