

---

## **Soluție tampon standard de calibrare pH-metru - pH 7,01 ( ± 0.01 pH)**

I.D.: 89504806

---

Data publicarii	17.11.23	Coduri CPV	33696500-0
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 150,00 RON - 150,00 RON

---

Descriere: Soluție tampon standard de calibrare pH-metru - pH 7,01 ( ± 0.01 pH), flacon x500 ml; cerințele de performanță pentru soluția tampon standard de calibrare pH-metru solicitata trebuie să fie : pH 7,01 ± 0.01 la 25 0C

---