

---

## Revizie tehnica generala (servicii de calibrare Analizor de Biochimie Spotchem EZ SP-4430

I.D.: 66381694

---

Data publicarii	15.02.22	Coduri CPV	50400000-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 1.500,00 RON - 1.500,00 RON

---

Descriere: Revizie tehnica generala (servicii de calibrare) care consta in urmatoarele operatiuni : • Demontare si montare carcasa inferioara si superioara • Curatare analizor de praf • Curatat si uns sisteme mecanice : 1. Modul centrifuga 2. Nozzle 3. Tabla reactivi 4. Update soft analizor • Verificare si calibrare : 1. Modul centrifuga : ROT1 : 10 000 ture/minut ROT2 : 25 sec / +-5sec Motor centrifuga F/B : 8 sec / +-0.5sec 2. Pozitie pipetare 3. Pozitie table reactive 4. Pozitie Nozzle in raport cu pipeta 5. Pozitie Nozzle in raport cu cuva de centrifuga / cuva sange / cuva ser • Verificare sistem pneumatic : test de presiune • Verificare si calibrare bloc optic : calibrarea se face folosind stripuri dedicate ptentru calibrare, iar verificarea calibrarii se face folosind stripuri de liniaritate oferite de producatorul Arkray. • Inlocuire piese : Nozzle si Microline Tube Assembly • Transport si asigurare prin curier - Sameday - tur/retur Costurile pentru alte materialele consumabile si piese de schimb care nu sunt incluse in revizie se taxeaza separat acestea fiind variabile in functie de gradul de uzura si/sau starea tehnica a acestora

---