

---

## Service , intretinere statii apa TEMAK dializa

I.D.: 52696766

---

Data publicarii	14.12.20	Coduri CPV	50000000-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 2.000,00 RON - 2.000,00 RON

---

Descriere: Dezinfectia statiei de apa Temak ( prin aplicarea dezinfectantului recomandat de producator prin absorbtie, mentinerea lui conform timpului de actionare si indepartarea acestuia la nivelul celor 2 membrane de osmoza inversa cu verificarea indepartarii totale a dezinfectantului), lunar, conform programarii sau la solicitare, cand rezultatele probelor biologice nu sunt conforme. Dezinfectia inelului de distributie a apei osmozate si a tancului tampon ( prin introducerea dezinfectantului recomandat de producatorul statiei, in tancul tampon si a inelului de distributie, pastrarea timpului de actiune si eliminarea totala a urmelor de dezinfectant). Dezinfectia separata cu apa oxigenata a filtrelor bactericide ( sau inlocuirea lor), si remontarea lor in circuit. Verficarea starii de colmatare a filtrelor mecanice de 5 microni din partea de pretratatare a statiei si recomandarea, cand este cazul, de inlocuire a acestora. Supravegherea si interpretarea parametrilor statiei: urmarirea caderilor de presiune pe diferite componente ale segmentului de pretratatare a apei, urmarirea dedurizarii corecte a apei, ( inspectarea nivelului de apa din recipientul de saramura, prezenta cantitatii corecte de sare si monitorizarea consumului total de sare), verificarea functionarii corecte a modulului de dezinfectie cu ultraviolete si incadrarea in limite a conductivitatii apei osmozate. Interventii la aparitiei unor eventuale defecte la solicitare cu deplasare in maxim 48 h.

---