

## **Achizitie, montaj, mentenanta in garantie si punere in functiune Analizor clor rezidual liber in flux tip CL 17**

I.D.: 39641139

Documente participare:

- caiet analizor clor.pdf
- formulare.docx
- model contract.pdf
- FisaDate\_DF1069219.pdf
- documentatie analizor clor.pdf
- DUAE\_CERERE\_42948.xml

---

Data publicarii	08.11.19	Coduri CPV	38430000-8
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	28.11.19	Pretul estimativ:	21.000,00 RON - 21.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

---

Descriere: II.1.5) Descrierea succinta a contractului: Achizitie, montaj, mentenanta in garantie si punere in functiune Analizor clor rezidual liber in flux tip CL 17 Cerinte tehnice: Domeniul de aplicare Analizor de proces ce permite monitorizarea on-line a clorului liber. Cerinte tehnice: - Compatibil cu controler SC 1000 Hach- Lange existent in statia de tratare - Principiul de masurare: fotometric folosind reactiv DPD - (N, N-dietil-p-fenilendiamina) - Sursa LED la 520 nm cu durata de viata de minim 40000 de ore - Domeniul de masura cel putin: 0,04 - 5 mg/L - Rezolutia masuratorilor: 0,01 mg/L - Incertitudinea de masurare  $\pm 5\%$  - Timp de raspuns 2,5 minute - Sa permita operarea continua minim 30 de zile cu masuratori la 2,5 minute fara a fi necesara inlocuirea reactivilor - Alarmer: minim doua contacte pentru alarme programabile - Compatibil cu controler SC 1000 Hach existent in statia de tratare - Analizor ce se instaleaza pe perete - Temperatura de operare: 5-40°C - Temperatura probei: 5-40°C - Conectare la reseaua de apa potabila in by-pas - Sa fie livrat calibrat din fabrica in sa permita si calibrari efectuate de catre utilizator - Kit de instalare si reactivi de lucru inclusi Garantii si asigurari: Termenul de garantie acordat produsului va fi de minim 24 luni de la punerea in functiune. Garantia produsului livrat cade in raspunderea furnizorului, pe toata perioada de garantie. Furnizorul va remedia pe cheltuiala sa toate defectiunile aparute in perioada de garantie. Se va asigura mentenanta in perioada de garantie. Furnizorul va trebui sa asigure garantia de buna functionare, calitatea si performantele echipamentelor si accesoriilor livrate si montate, pentru perioada de garantie. Atasat propunerii tehnice se va prezenta documentatia tehnica a echipamentelor (tradusa in limba romana).

---