

---

## **TESTE CLOSTRIDIUM DIFFICILE DEPISTARE TOXINA A/B SI A ENZIMEI GDH=MICROBIOLOGIE FEBRUARIE 2024**

I.D.: 92839669

---

Data publicarii 31.01.24 Coduri CPV 33694000-1 33141625-7

---

Pretul estimativ: 3.225,00 RON - 3.225,00 RON

---

Descriere: TEST COMBINAT PENTRU DETECTIA AG (GDH ) SI A TOXINEI A + B DIN MATERII FECALE. TRUSA CONTINE 20 DE CASETE, 20 SISTEME DE RECOLTARE MATERII FECALE CERTEST CONTROL POZITIV PRODUCATOR: CERTEST- SPANIA Sensibilitate analitica (limita de detectie) Valorile limitei de detectie ale CerTest Clostridium difficile GDH+Toxin A+B sunt 0,8ng/mL pentru GDH, 2ng/mL pentru Toxin A si 0,63ng/mL pentru Toxin B.

---