

---

## **Indicator biologic/ Indicatori biologici abur super rapid fluorescenta 1 ora BIONOVA BT222**

I.D.: 75935973

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 29.11.22 | Coduri CPV | 33198200-6 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Pretul estimativ: | 684,00 RON - 684,00 RON |
|-------------------|-------------------------|

---

Descriere: PREZENTA TINE LOC DE COMANDA FERMA ---- Monitorizeaza toate procesele de sterilizare cu abur 121-134 C Contine spori de Bacillus stearothermophilus (ATCC® 7953™) log 6 Fiola cu mediu de cultura inclus; timp de incubare 60 minute la 60 C, in incubatoarele smart cu autocitare Bionova, prin metoda de detectare fluorescentei, fara a fi nevoie de conditii de laborator. Rezultatul este tiparit de catre dispozitivul de citire in limba romana, pentru a putea fi pastrat ca inregistrare in registrele de sterilizare Prezinta indicator extern pentru confirmarea procesarii fiolei in cadrul procesului de sterilizare corespnzator. Conformitate cu standardele EN ISO 11138-1, EN ISO 11138-3 si EN ISO 11138-8 in vigoare Pprezinta rapoarte de testare pentru demonstrarea timpului redus de incubare, in conformitate cu standardul EN ISO 11138-8 Valabilitate 24 luni de la data fabricatiei Ambalare: 50 fiole/cutie

---