
Indicator biologic, etichete dublu adezive sterilizare

I.D.: 43112768

Data publicarii 13.02.20

Coduri CPV

38341500-2

Pretul estimativ: 1.197,00 RON - 1.197,00 RON

Descriere: -rola cu etichete 500 buc cu indicator pentru sterilizarea cu abur la 134 C 3.5 minute sau 121 C-15 minute. -etichetele au doua straturi dublu adezive pentru a putea fi dezlipite in urma sterilizarii si relipite in fisa pacientului sau registrul de sterilizare. Bacillus stearothermophilus (ATCC® 7953™)-sterilizare cu abur 121-134 C; log 6; fiole cu mediu de cultura inclus; timp de procesare 24 h in incubator, fara a fi nevoie de conditii de laborator.Daca toti sporii au fost distrusi, culoarea va ramane neschimbata-mov. In caz contrar, culoarea se va schimba in galben. Prezinta indicator extern pentru confirmarea procesului de sterilizare. Valabilitate 24 luni.
