

Revizie si calificare incubator Panasonic

I.D.: 42949558

Data publicarii	07.06.19	Coduri CPV	50410000-2 71630000-3
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 2.000,00 RON - 2.000,00 RON

Descriere: Serviciul include: -> Revizie periodica incubator Se va efectua testul de ELECTROSECURITATE in conformitate cu EN/IEC 62353. In cadrul reviziei se verifica: - starea generala a incintei incubatorului (lipsa punctelor de coroziune, curatenia in locurile inaccesibile), la incubatoarele cu refrigerare se va demonta capacul lateral pentru constatarea eventualelor neetanseitati la sistemul frigorific. - functionarea sistemului de protectie la temperatura; - se va seta aparatul la o temperatura medie a domeniului de lucru si se va masura temperatura din centru; dupa stabilizarea temperaturii se asteapta 30-60 minute si se compara media obtinuta cu valoarea setata; daca deviatia este mai mare de $\pm 1^{\circ}\text{C}$ pt. temp. 0-60 $^{\circ}\text{C}$ sau $\pm 3^{\circ}\text{C}$ pt. temp. 60-100 $^{\circ}\text{C}$ se va recomanda efectuarea calibrarii temperaturii. -> Calificare OQ-PQ incubator >>>> Teste OQ: - Se face identificarea aparatului și a accesoriilor acestuia; - Se verifică conectarea corectă la rețeaua electrică; - Se verifică funcționalitatea funcțiilor de bază oferite de panoul de comandă; - Se verifică rata de încălzire; - Se verifică rata de răcire (dacă este cazul); - Se verifică precizia măsurării timpului; - Se verifică și se resetează termostatul de siguranță; - Se verifică funcționarea avertizorului acustic; - Se verifică și se calibrează dacă este cazul indicația de temperatură de pe aparat și, dacă există, indicația de pe înregistratorul auxiliar. Dacă nu este specificată în manualul de service, temperatura la care se face cali
