
Calificare tester de pirogenitate

I.D.: 91197606

Data publicarii	26.12.23	Coduri CPV	50800000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.400,00 RON - 2.400,00 RON

Descriere: Oferta neacceptata in termen: Calificare OQ-PQ Tester pirogenitate, 1 buc * 2.400,00 RON
Teste OQ: - Se verifică conectarea corectă la rețeaua electrică; - Se verifica starea echipamentului (panou de control, conexiuni); - Se verifică rata de încălzire; - Se verifică și se calibrează dacă este cazul indicația de temperatură de pe aparat si, dacă există, indicația de pe înregistratorul auxiliar. Dacă nu este specificată în manualul de service, temperatura la care se face calibrarea este apropiata de cea la care funcționează în mod normal. Scopul acestui test este de a constata variația în timp și spațiu a temperaturii precum și deviația față de temperatura reală pe o perioada de maxim 4 ore Teste PQ: - Se monitorizează temperatura pe durata a maxim 5 ore folosind un echipament extern metrologizat (baie de ulei). Se vor face maxim 3 programe cu temperaturi
