

Teste sterilizare plasma

I.D.: 93690562

Data publicarii	19.02.24	Coduri CPV	38341500-2 33198200-6
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ:	1.115,00 RON - 1.115,00 RON
-------------------	-----------------------------

Descriere: PREZENTA TINE LOC DE COMANDA FERMA ---- Rola etichete 500 buc cu indicator pentru sterilizarea cu plasma (peroxid de hidrogen) Etichetele sunt dublu adezive pentru a putea fi , initial, lipite pe fiecare punga, pachet, necesar a fi identificat in procesul de sterilizare, urmand ca ulterior , la momentul utilizarii pachetului, sa fie dezlipite si atasate in fisa pacientului sau registrul de sterilizare, pentru asigurarea trasabilitatii dispozitivelor medicale Dimensiune: 29 x 28 mm Permit inregistrarea informatiilor de identificare pe trei linii: pe prima linie se inregistreaza datele de identificare pentru: sterilizator, operator, sarja, iar pe celelalte doua linii ramase data sterilizarii si data expirarii Pretiparite cu informatiile de inregistrat in limba romana Se utilizeaza impreuna cu pistol de marcat cu 3 linii In conformitate cu standardul EN ISO 11140-1 type 1 Termen de valabilitate: 36 luni de la data fabricatiei ---- Indicator chimic multiparametru tip 4 destinat monitorizarii ciclurilor de sterilizare cu plasma/peroxid de hidrogen Se utilizeaza in fiecare pachet/punga/cos ce urmeaza a fi sterilizat Culoarea se schimba de la mov la verde in urma procesarii Termen de valabilitate 5 ani de la data fabricatiei In conformitate cu standardul ISO 11140-1 type 4 Marcaj CE/ Declaratie de conformitate UE Regulament MDR 745/2017 Ambalare: 250 buc/pache
