
Pachet verificare tehnica periodica a echipamentelor

I.D.: 93752293

Data publicarii	21.02.24	Coduri CPV	50421000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 7.200,00 RON - 7.200,00 RON

Descriere: : Echipamentele din dotarea centrului de transfuzie sanguina care sunt eligibile pentru verificarea tehnica periodica post-garantie: - ech. frigorific model B, banca de sange cu temperatura pozitiva si constanta de 4°C - ech. frigorific model F, congelator de temperatura scazuta de -40°C - ech. frigorific model U, congelator de temperatura ultra scazuta de -80°C - hemomixer T-RAC II Procedura de verificare tehnica periodica presupune: 1. Intretinerea echipamentelor ce cuprinde cel putin urmatoarele operatii: - Verificarea tehnica (curatare, ajustare, lubrifiere parti mecanice mobile) conform tabelelor de verificare indicate de catre producatorul echipamentului. - Diagnoza gradului de uzura a pieselor/componentelor echipamentului frigorific. - Inlocuirea consumabilelor uzate la echipamentele frigorifice in baza listei de consumabile - Verificarea functionarii echipamentului frigorific in parametrii tehnici. 2. Interventia, la solicitarea achizitorului, in caz de defectiune va consta in urmatoarele operatiuni, dupa caz: - constatarea/diagnosticarea defectiunii; - dupa caz evaluarea pieselor de schimb necesare; - dupa caz remedierea echipamentului defect/inlocuirea piesei defecte; 3. Reparatia: - toate piesele/componentele ce vor fi înlocuite vor fi noi si originale, respectând caracteristicile funcționale prevăzută în cartea tehnică a echipamentelor frigorifice și vor beneficia de garanție prevăzută de leg
