

---

## **Indicator biologic/Indicatori biologici Abur FIOLA B Stearothermophilus ATCC 7953**

I.D.: 89854277

---

Data publicarii	21.11.23	Coduri CPV	33198200-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 460,00 RON - 460,00 RON

---

Descriere: Monitorizeaza toate procesele de sterilizare cu abur 121-135 C Contine spori de Bacillus stearothermophilus (ATCC® 7953™) log 6 Fiola cu mediu de cultura inclus; timp de procesare 24 h in incubator, fara a fi nevoie de conditii de laborator. Daca toti sporii au fost distrusi, culoarea va ramane neschimbata - mov. In caz contrar, culoarea se va schimba in galben. Prezinta indicator extern pentru confirmarea procesarii fiolei in cadrul procesului de sterilizare corespnzator. Valabilitate 24 luni de la data fabricatiei Fabricat in Argentina.

---