

---

## **Test (teste) rapid Antigen SARS-CoV-2, COVID-19, Nazofaringian, aprobat de DSP si CE,Cod RAPTER 2010**

I.D.: 65220019

---

Data publicarii	17.01.22	Coduri CPV	33140000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	12.200,00 RON - 12.200,00 RON
-------------------	-------------------------------

---

Descriere: Oferta refuzata: Sensibilitate 98,50%, Specificitate 99,40 %, Acuratete 99,10% Test rapid antigen Nova nazofaringian aflat in lista DSP (cod RAPTER 2010 pentru raportare in platforma DSP) si in lista comuna EU, avizate de Ministerul Sanatatii.. Acest kit se bazează pe imunocromatografie pentru detecție. Specimenul se mișcă de-a lungul cardului de testare sub acțiune capilară. Dacă antigenul viral SARS-CoV-2 este prezent, acesta se va uni cu anticorpul monoclonal al coronavirusului fixat în linia T de detecție. În acest caz se formează o linie rosie, iar rezultatul testării este pozitiv. Dacă linia nu se colorează, se va afișa rezultat negativ. Cardul de testare conține, de asemenea, o linie C de control al calității, care trebuie să aibă culoarea fucsia indiferent dacă există o linie T. Dispozitivul de testare este destinat detectiei calitative clinice a antigenilor SARS COVID-19 Prelevarea probei se poate face atat nazal cat si orofaringian. Continut pachet: 20 caseta de testare 20 tub de extractie (cu capac de picurare) 20 solutii 20 tampoane (betisoare) sterile 1 suport tuburi prelevare

---