

Fier ferozin lichid stabil

I.D.: 35816179

Data publicarii 10.05.19 Coduri CPV 33696300-8 33696200-7 33141500-5

Pretul estimativ: 858,00 RON - 858,00 RON

Descriere: Contiinut: 10 x 20 mL + 10 x 5 mL Set de reactivi pentru determinarea concentratiei de fier din ser. Metoda colorimetrica cu ferrozina. VALORI NORMALE Fier total din ser : Femei : 8.8 - 27 mmol/L 49-150,6 µg/dL Barbati : 9.0 - 30 mmol/L 50,2-164,7 µg/dL Se recomanda ca fiecare laborator sa-si fixeze propriul domeniu de referinta. Domeniul de referinta variaza în functie de vârsta, sex, conditii de trai, perioada de menstruatie, sarcina si de efectele mediului înconjurator. STABILITATEA REACTIVILOR Depozitati la 2-25 °C si protejate de lumina reactivii sunt stabili: Nedeschis: pâna la data expirarii trecut pe cutia reactivilor Dupa deschidere: 30 de zile CONDITII DE LUCRU Lungimea de unda: 570 (550-590) nm Temperatura: 37°C Calea optica/cuva: 1 cm Mod de masurare: cu punct final (crescator) Produs cu marcaj CE.