
PULSOXIMETRU DEGET MOBIL

I.D.: 30788561

Data publicarii	19.09.18	Coduri CPV	33100000-1 38300000-8
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere: 21.09.18

Descriere: PULSOXIMETRU DEGET, MOBIL, cu urmatoarele specificatii tehnice minime: masurarea pulsului: -rata puls 20-240bpm, precizie PR+2bpm(2%), rezolutie: 1bpm masurarea saturatiei de oxigen: - rata : 35-99%, precizie +2%(75-99%), +-3%(50-75%), rezolutie 1% indice de perfuzie PI: -rata: 0-20%, precizie +0.1%(0.2-2%), +-0.2%(2-10%, rezolutie: 0-1% alarme pentru scaderea saturatiei de oxigen sub limita de 90% si pentru rate ale pulsului sub limita inferioara de 50bpm si peste limita superioara de 120bpm alimentare - 2 baterii alcaline AAA, de 1.5V sau baterii reincarcabile parametri afisati pe display: -saturatia de oxigen -rata pulsului -indicator pentru nivel scazut al bateriei dimensiuni: 6.6x3.6x3.3 cm greutate: -60g (include bateriile) Cantitate estimata: 3 bucati Valabilitate oferta: 30 zile Termen de plata: 60 zile Achizitia se va realiza in limita bugetului alocat de Spital
