
Control A Thrombolyzer

I.D.: 91723689

Data publicarii	11.01.24	Coduri CPV	24931250-6 44164200-9 33140000-3 33141000-0 38437000-7 33696500-0 33141625-7 33696200-7
-----------------	----------	------------	---

Pretul estimativ: 14.057,00 RON -
14.057,00 RON

Descriere: Continut: 1mL Plasmă de control umană patologică. Pentru controlul calității în intervalul patologic pentru testele (PT/ aPTT/ TT/ Fibrinogen) și pentru determinarea factorilor de coagulare ca interfața între activitatea normală și patologică de coagulare. Producator: Technoclone, Austria Certificat de conformitate, avizat CE, MS. VA RUGAM LA FACTURARE PASTRATI DENUMIREA INREGISTRATA IN SEAP Conform legislatiei in vigoare, documentele sa fie traduse in limba romana. Cumpararea tine loc de comanda ferma AVIZE CONFORM LEGISLATIEI IN VIGOARE TERMENUL DE VALABILITATE SA FIE DE 2 ANI DIN MOMENTUL CUMPARARII
