

## **Cartela grupaj sanguin ABO/Rh(DVI+) si DAT la nou nascut - DiaClon ABO/Rh nou-nascut**

I.D.: 53601642

Data publicarii	22.01.21	Coduri CPV	24327000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.400,00 RON - 2.400,00 RON

Descriere: 1. Forma de prezentare si caracteristici : a) Cartela pentru testare prin tehnica de aglutinare in coloana de gel, compatibila cu echipamentul aflat in dotare. b) Cartela din plastic, sigilata, cu sase coloane ce contin suspensii de gel cu anticorpi monoclonali Anti-A, Anti-B, Anti-AB, Anti-D (ser cu reactie pozitiva pentru fenotipul DVI), control, AHG; in urmatoarea configuratie, de la coloana 1 - 6 (o testare): • coloana1: Anti-A {linia celulara: LM297/628(LA-2)} • coloana 2: Anti-B {linia celulara: LM306/686(LB-2)} • coloana 3: Anti-AB (linia celulara: ES131 (ES-15), Birma-1, ES-4) • coloana 4: Anti-(DVI+) (linia celulara: ESD-1M, 175-2) • coloana 5: Control negativ. • coloana 6: ser antiglobulinic polispecific AHG (antiIgG policlonal de iepure si anti-C3d monoclonal - linia celulara: C139-9) 2. Utilizare : Utilizata pentru determinarea antigenelor din sistemul eritocitar ABO si Rhesus D (cu detectia fenotipului DVI) si efectuarii Testului Coombs Direct in vederea depistarii daca globulele rosii ale nou nascutului sunt sensibilizate cu aloanticorpi materni. 3. Principiul tehnicii de lucru: Aglutinarea hematiilor in coloana de gel ce contine reactivul specific testului, pe parcursul unei centrifugari standardizate. 4. Se prezinta : Se vor prezenta instructiunile originale de utilizare ale producatorului, insotite de traducerea in limba romana si certificatul de calitate al unui lot de productie. 5.Ambalare: Unitatea de masura/ Ambalare: 1 cutie x 48 cartele. 6. Marcaj CE.