

TESTE STERILIZARE

I.D.: 63290235

Data publicarii	18.11.21	Coduri CPV	33198200-6 38341500-2
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 495,00 RON - 495,00 RON

Descriere: Test lot control (PCD) pentru monitorizarea fiecărei sarje ce contine instrumentar canulat Indicator chimic care monitorizeaza conditiile sarjei: timp, temperatura, presiunea aburului si penetrabilitatea instantanee Test autoadeziv, format din 4 bare indicatoare care isi schimba culoarea complet si uniform de la GALBEN la NEGRU la indeplinirea tuturor conditiilor de sterilizare Testul se introduce intr-o capsula de teflon conectata la un tub de plastic rezistent la 250 utilizari. Conditii de utilizare: 7 minute la 134 C/20 minute la 120 C Se ataseaza in registrul de sterilizare ca dovada a eliberarii sarjei Pachet dispozitiv+ 250 indicatori. Termen de valabilitate: 5 ani Productie Argentina Integrator clasa/type 5 pentru sterilizare la autoclav 121-135 C Monitorizeaza toti parametrii critici: calitate abur, timp, temperatura. Se utilizeaza in fiecare pachet/punga/cos ce urmeaza a fi sterilizat Schimbarea culorii de la galben la negru In conformitate cu cerintele ISO11140-1 clasa/type 5 Este tiparit cu urmatoarele informatii: proces, standard, tip 5, lot, data fabricatiei, data expirarii Prezinta testul la rezistometru pentru confirmarea cernelei clasa 5 Conditiiile de integrare sunt calibrate pe curba de moarte a unei populatii de spori biologici B Atropheaus Certificat de calitate si testare pe fiecare lot in parte Cutie 200 buc Valabilitate 5 ani de la data fabricatiei Fabricat in Argentina Instructiuni de utilizare in limba romana mai putin
