

Cartus/Test Hemoglobina glicozilata pentru analizorul CLOVER A1c SELF

I.D.: 60592573

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 02.09.21 | Coduri CPV | 33141625-7 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 760,00 RON - 760,00 RON

Descriere: Cartuse de testare a hemoglobinei glicozilate pentru analizorul CLOVER A1c SELF. Ambalate individual. Modalitatea de prezentare: cutii cu 10 bucati. Valabilitate minim 12 luni. Fiecare ambalaj contine cartusul de testare pacient propriu-zis si pachetul de reactivi Caracteristici de performanta ale cartusului de reactivi: Linearitate: Raspunsul testului este linear in domeniul 4.0~14.0% HbA1c (proba de sange pacient) Precizia: Pentru evaluarea preciziei, au fost testate 2 nivele diferite de sange ,timp de 20 de zile. In cadrul unei testari, fiecare dintre cele 2 probe de control (de precizie) au fost analizate in duplicat. Media controlului de nivel scazut a fost de 5.5% cu o precizie totala de 2.46%. Media controlului de nivel crescut a fost de 10.6% cu o precizie totala de 1.33%. Rezultatele nu sunt influentate de substantele de mai jos, in concentratiile specificate: Acetaminofen: 80mg/dl, Bilirubina: 20mg/dl, Acid Acetilsalicilic: 50mg/dl, Cafeina: 30mg/dl Glyburide (Glibenclamida): 240mg/dl, Acic Ascorbic: 5mg/dl, Hidroxizina: 30mg/dl Certificari: ISO, CE, Certificat de Calitate, Certificat de Conformitate, Certificat de Analiza / lot. Pentru analizorul CLOVER A1c SELF - 40 cartuse (4 cutii) Prezenta tine loc de comanda ferma
