

---

## **TEST MARTOR STERILIZARE (INDICATOR CHIMIC STRIP INTEGRATOR ABUR)**

I.D.: 54587485

---

Data publicarii	22.02.21	Coduri CPV	33198200-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 5.000,00 RON - 5.000,00 RON

---

Descriere: COMANDA PE SEAP ESTE FERMA TERMEN DE LIVRARE 3 ZILE LUCRATOARE, PRODUSUL SA FIE INSOTIT DE DOCUMENTE DE CALITATE SI CONFORMITATE VALABILITATE MINIM 1 AN, PE FACTURA CONTUL DE TREZORERIE, TRANSPORT GRATUIT Indicator chimic multiparametru type 4 destinat monitorizarii ciclurilor cu abur 121-134 C; Se plaseaza in fiecare pachet/punga/cos ce urmeaza a fi sterilizat. Culoarea se schimba de la albastru la negru In conformitate cu standardul ISO 111401-1 type 4 Cutie 500 buc . Termen de valabilitate 5 ani

---