
REPARATIE ELECTROCAUTER SURTRON GASTROENTEROLOGIE

I.D.: 34260104

Data
publicarii 14.02.19

Coduri CPV

50800000-3

Pretul
estimativ: 973,95 RON - 973,95 RON

Descriere: Deplasare Preluare~retur echipament,Constatate defect(supra incalzire modul electronic placa neutrala) Depanare modul neutral (cu inlocuire electrod inox) Reglaje putere activa Probe functionale, testare electrosecuritate scurgeri curenti reziduali. Preznta tine loc de comanda ferma.
