

## **Test B-D pachet standard/Indicator chimic integrator ptr. sterilizarea la autoclav(abur)/Biologic**

I.D.: 39900521

---

Data publicarii	20.07.18	Coduri CPV	38900000-4 33198200-6 33190000-8 33124131-2
-----------------	----------	------------	---------------------------------------------

---

Pretul estimativ: 31.000,00 RON - 31.000,00 RON

---

Descriere: Teste Bowie-Dick de unica folosinta (coala de Bowie Dick este deja pusa intre campuri) pentru validarea sterilizarii cu abur la 134C, timp de 3.5 minute. In conformitate cu ISO11140-1 si ISO11140-4; dimensiune 100 x 100 x 10 Schimbarea culorii de la albastru la negru Valabilitate 5 ani / Integrator laminat clasa 5 pentru sterilizare la autoclav 134 C -4.1 min/ 121C-18 min Monitorizeaza toti parametrii critici: calitate abur, timp, temperatura Schimbarea culorii de la galben la negru In conformitate cu ISO11140-1 Cutie 200 buc Fabricatie Marea Britanie/ Tub din plastic si capac din plastic cu gauri si bariera permeabila pentru abur; • Fiecare tub contine o populatie de spori de Bacillus Stearothermophilus ATCC(R)9372TM imbibata pe o banda de hartie si un mediu de cultura de culoare violet, ambele situate intr-un pahar fiola pozitionat pe un filtru la baza tubului; • Indicator biologic destinat controlului bacteriologic al sterilizarii la autoclave. • Conditionare ambalare: cutie x 100fiole

---