

Teste sterilizare

I.D.: 84401982

Data publicarii	05.07.23	Coduri CPV	38341500-2 33198200-6
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ:	634,00 RON - 634,00 RON
-------------------	-------------------------

Descriere: PREZENTA TINE LOC DE COMANDA FERMA --- Indicator integrator clasa/type 5 pentru sterilizare la autoclav 121-135 C Monitorizeaza toti parametrii critici ai ciclului de sterilizare cu abur: timp, temperatura, saturatia aburului. Se utilizeaza in fiecare pachet, punga, cos ce urmeaza a fi sterilizat In conformitate cu cerintele ISO11140-1 clasa/type 5 Pe indicator sunt tiparite urmatoarele informatii: culoarea de referinta in care trebuie sa vireze , standard ISO 11140-1 utilizat, tip indicator (tip 5) , procesul in care se utilizeaza, lot, data fabricatie, data expirare; Prezinta test la rezistometru pentru confirmarea cernelei type 5, conform cerintelor de performanta solicitate de standardul ISO 11140-1 Cerneala se schimba din galben in negru in conditiile unui proces reusit Conditile de integrare sunt calibrate pe curba de moarte a unei populatii de spori biologici B Stearothermophillus C Bowie-Dick Card de unica folosinta pentru validarea sterilizarii cu abur la 134C, timp de 3.5 minute. Ambalare: 120 carduri/cutie. In conformitate cu ISO11140-1 si ISO11140-4; Dimensiune 90 x 50 mm Schimbarea culorii de la mov la verde Valabilitate 5 ani de la data fabricatiei Marcaj CE; Declaratie de conformitate UE Regulament MDR 745/2017 Ambalare: 120 carduri/cutie
