

Tuberculosis Antigen Test TB AG MPT 64

I.D.: 78471181

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 08.02.23 | Coduri CPV | 33698100-0 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 1.000,00 RON - 1.000,00 RON

Descriere: TUBERCULOSIS TEST TB MPT 64 este un test rapid de identificare imunocromatografica a complexului M. Tuberculosis, care utilizeaza anticorpi monoclonali MPT64. Acest test poate fi utilizat pentru identificarea rapida a complexului M. Tuberculosis, in combinatie cu un sistem de culturi pe medii lichide sau testare pe medii solide. Asigura o distinctie rapida a complexului M. tuberculosis de bacilii MOTT
Prezentare: Kit x 25 teste (casete) Testul contine: - dispozitiv ambalat individual - tampon de extractie (pentru prepararea mostrei din culturile solide) - instructiuni de folosire
Probe: Din culturile lichide: se preleveaza din probele de sputa, 100 µl Din culturile solide: 3-4 colonii , recoltate de pe mediile solide, se suspenda in 200 µl tampon de extractie. In cazul in care ca proba se foloseste lichid de condensare, 100 µl de lichid se poate aplica in godeul casetei, fara a necesita prelucrare. Coloniile pot fi suspendate si in lichidul de condens, caz in care nu se mai foloseste tamponul de extractie. Procedura de lucru: Se indeparteaza folia protectoare a dispozitivului si se aseaza pe o suprafata plana. Se aplica in godeul casetei, 100 µl de lichid pregatit conform descrierii anterioare. In fereastra de citire, se va putea observa migrarea unui front de culoare mov. Rezultatul testului: 15 minute Interpretarea rezultatelor: In fereastra de citire va apare banda Control, ceea ce demonstreaza ca testul este valid Rezultat negativ: in fereastra de citire apar
