
Cuveta testare APTT compatibila cu analizorul de coagulare HEMOCHRON SIGNATURE

I.D.: 79298100

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 28.02.23 | Coduri CPV | 33696200-7 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 2.250,00 RON - 2.250,00 RON

Descriere: Masoara timpul de tromboplastina partiala activat (APTT) pentru nivele heparina intre 0-1.5 UI/ml de sange; Compatibile cu analizorul automat Hemochron Signature; Utilizeza ca proba sange proaspat integral, maxim 50 µl de sange integral, din care maxim 15 µl pentru testul efectiv; Sunt ambalate individual si sigilate; Data valabilitatii se regaseste imprimata pe ambalajul individual; Depozitarea la frigider (2-8 grade C) sau la temperatura camerei (15-30 grade C)-valabilitatea modificandu-se conform specificatiilor producatorului; Cuveta are un orificiu de aplicare a probei, zona de supraplin, canal de test care contine toti reactivii necesari, canal de reziduuri inclus si ferestre pentru detectie optica; Contin reactiv uscat de kaolin, fosfolipide, stabilizator si solutii tampon. Impachetare: cutie x 45 teste
