

---

## **Test Bowie Dick tip E ; Indicator sterilizare abur Autoclav banda - 19mmx50m, autoadeziv**

I.D.: 86961109

---

Data publicarii	12.09.23	Coduri CPV	33772000-2 33140000-3
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Pretul estimativ: 895,56 RON - 895,56 RON

---

Descriere: Testul trebuie utilizat: zilnic daca la autoclava se sterilizeaza textile, cel putin o data pe saptamana la autoclavele care sterilizeaza instrumente, dupa fiecare reparatie a autoclavei. Testul este conceput pentru a verifica indirect performanța echipamentului cu care se pune în contact materialul ce urmeaza a fi sterilizat cu abur. Acesta a fost conceput pentru controlul Bowie & Ciclul Dick, este potrivit pentru ciclurile de sterilizare cu abur la o temperatură de 134°C timp de 3,5 minute. Testul este compus din: ambalaj exterior (hârtie creponată) imprimat cu un indicator chimic potrivit pentru sterilizarea cu abur. Partea interioară este realizată din două straturi filtrante de hartie pură si indicatorul chimic pentru testul Bowie & Dick, la mijloc. Procedura de testare Asigurați-vă că autoclavul a efectuat ciclul de încălzire Puneți pachetul de testare în autoclavă cu indicatorul plasat în sus în centrul raftului de jos sau în zona cea mai critică. Efectuați un ciclu complet de sterilizare la 134°C timp de aproximativ 3,5 min. La sfârșitul ciclului aveți grijă: pachetul de test va fi fierbinte, se recomandă purtarea manusilor de protectie. Deschideți pachetul de testare și îndepărtați foaia cu indicatorul chimic poziționată în centrul pachetului. Pachetul de testare are un indicator chimic extern care se va colora in gri/ negru atunci când pachetul va fi procesat în ciclurile de sterilizare în autoclavă. Acest lucru permite identificarea pachetului procesat din cele

---