

---

## **Teste Bowie - Dick pachet; Indicator biologic RAPID abur 5 ore ATCC 7953**

I.D.: 39868479

---

Data publicarii	28.06.18	Coduri CPV	22993000-7 33198200-6
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Pretul estimativ: 520,00 RON - 520,00 RON

---

Descriere: DESCRIERE: Teste Bowie-Dick de unica folosinta (coala de Bowie Dick este deja pusa intre campuri) pentru validarea sterilizarii cu abur la 134C, timp de 3.5 minute. In conformitate cu ISO11140-1 si ISO11140-4; dimensiune 100 x 100 x 10 Schimbarea culorii de la albastru la negru Valabilitate 5 ani;DESCRIERE: Geobacillus stearothermophilus (ATCC® 7953™)-sterilizare cu abur 121-134 C; log 6; fiole cu mediu de cultura inclus; timp de procesare final 8h-10 h (intre 3h-5h sensibilitate 97%) in incubator, fara a fi nevoie de conditii de laborator.Daca toti sporii au fost distrusi, culoarea va ramane neschimbata-mov. In caz contrar, culoarea se va schimba in galben. Prezinta indicator extern pentru confirmarea procesului de sterilizare. Valabilitate 24 luni.PREZENTA TINE LOC DE C-DA FERMA

---