

---

## Aparat masurare indice glezna-brat MESI

I.D.: 62280416

---

Data publicarii	21.10.21	Coduri CPV	33100000-1
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 11.140,00 RON - 11.140,00 RON

---

Descriere: Aparat masurare indice glezna-brat Producator: MESI Scala indicelui glezna-brat: 1.41 sau mai mult - necompresibil 1.40-1.00 - normal 0.99-0.91 - la limita 0.90 - 0.41 - anormal 0.40 sau mai putin - grav Valoarea normala a ABI este cuprinsa între 1,00 si 1,40. Aceasta arata ca tensiunea arteriala a membrelor inferioare este egala sau putin mai mare decât la nivelul extremitatilor superioare. Masurarea indicelui glezna-brat realizata de ABPI MDTM este o alternativa sigura si mai rapida decât masurarea cu sonda Doppler. Avantaje: - nu necesita specializare; - durata investigatie 3 min; - nu necesita scoaterea hainelor; - fara gel; - rezultat obiectiv; - masurarea simultana a tensiunilor arteriale; - rezultat automat cu afisarea rezultatelor; - transfer de date; - optiuni de printare; - eficient din punct de vedere al costurilor. Dispozitivul include set mansate M si stativ

---