

## TESTE BIOLOGICE PT AUTOCLAV ( ABUR FIOLA)

I.D.: 63571536

---

Data publicarii	25.11.21	Coduri CPV	38341500-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	4.158,00 RON - 4.158,00 RON
-------------------	-----------------------------

---

Descriere: TESTE BIOLOGICE PT AUTOCLAV ( ABUR FIOLA) Compoziție : Indicatorul biologic este special conceput pentru monitorizarea proceselor de sterilizare cu plasma sau peroxid de hidrogen vaporizat. În cazul în care procesul de sterilizare nu a avut succes, indicatorul din mediu va vira de la violet la galben după incubarea la  $60 \pm 2$  ° C, indicând astfel prezența de spori vii de *Geobacillus stearothermophilus*. În cazul în care procesul de sterilizare a avut succes, indicatorul din mediu va rămâne violet după incubare. Citirea finală se va efectua după 24 de ore de la incubarea la  $60 \pm 2$  ° C. Avertisment! Nu utilizați indicatorul biologic pentru monitorizarea ciclului de sterilizare cu aburi, oxid de etilenă, căldură uscată, formaldehida sau alte procese de sterilizare. Nu reutilizați indicatorii biologici. Utilizare: Monitorizarea proceselor de sterilizare cu plasma sau vapori de peroxid de hidrogen (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>). Cantitate Minimă: 1 cutie Ambalare: 100 fiole/cutie Declarație conformitate, certificat calitate lot, data fabricației și data expirării, termen de valabilitate : 2 ani de la data fabricării, ISO Creștere pozitivă ( eșec în procesul de sterilizare ) : mediul de cultură își schimbă culoarea în galben incubare 60 +/- 2 C 24 ore(maximum) D-Valoare mai mult de 1.5 min la 121C Z-Valoare mai mult de 6C Condiții de mediu în timpul producției Temp camera 15-30C ; RH 30-80% Condiții de păstrare :T=10-30C, RH 30-80%, ferit de razele soarelui Monitorizează procesele de sterilizare cu ab

---