

---

## **Test biologic sterilizare abur FIOLA ATCC 7953 PROMOTIE**

I.D.: 55854225

---

Data publicarii	06.04.21	Coduri CPV	33198200-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	1.908,00 RON - 1.908,00 RON
-------------------	-----------------------------

---

Descriere: PROMOTIE - Indicator biologic cu spori de bacillus stearothermophilus ATCC 7953 inoculati in hartie de filtru plasat in interiorul fiolei .Sterilizare cu abur 121 -134 C,timp de procesare 24 ore in incubator,nu necesita conditii de laborator.Daca toti sporii au fost distrusi,culoarea va ramane neschimbata- mov. In caz contrar culoarea se va schimba in galben.Fiolele indicator biologic cu spori de bacillus stearothermophilus pot fi citite in incubatoarele Bionova. PRET AFISAT / FIOLA PROMOTIE COMENZI MINIM 100 FIOLE AMBALARE : 100 FIOLE /CUTIE DECLARATIE DE CONFORMITATE,CERTIFICAT CALITATE PE LOT,TERMEN DE VALABILITATE :2 ANI DE LA DATA FABRICATIEI

---