

Servicii de intretinere preventiva si corectiva pentru cromatografele DGA SRI Instruments din Laboratorul Chimic al CNE Cernavoda

I.D.: 84234614

Documente participare:

- CS39690_documentatie.pdf

Data publicarii	05.07.23	Coduri CPV	50411000-9
Termenul limita pentru depunere:	20.07.23	Pretul estimativ:	24.886,00 EUR - 24.886,00 EUR

Descriere: Operatiile de intretinere preventiva si corectiva se vor executa pentru gaz cromatografele 8610C SRI Instruments conform manualului de service si recomandarilor primite de la producator. In cadrul sesiunilor de intretinere, Prestatorul va executa toate operatiile necesare pentru asigurarea functionarii in conditii optime a echipamentelor. Activitatile de intretinere preventiva se vor executa trimestrial pentru fiecare analizor. Prestatorul va livra si va inlocui toate materialele si consumabilele necesare pentru efectuarea tuturor operatiilor prevazute in procedurile de intretinere preventiva si in manualul de service. Intretinerea preventiva va cuprinde minim urmatoarele operatii: - verificarea si curatarea detectorului de conductivitate termica (TCD); - regenerarea coloanelor cromatografice; - verificarea ansamblului extractor DGA-TOGA; - verificarea si inlocuirea componentelor uzate/defecte; - verificarea si inlocuirea componentelor care sunt supuse uzurii (garnituri, furtunuri, etc.) - calibrarea si verificarea parametrilor de functionare conform specificatiilor tehnice ale aparatului. Intretinerea corectiva se va efectua in cazul unei defectiuni aparute la oricare din cele doua analizoare, in limita a 16 ore pe intreaga durata contractuala si numai la solicitarea Achizitorului, care se va adresa in scris Prestatorului - prin email sau fax. Prestatorul are obligatia sa raspunda solicitarii Achizitorului in termen de maxim 48 de ore de la solicitarea interventiei, in timpul saptamanii normale de lucru (luni-vineri) si sa trimita un specialist/inginer de service care sa evalueze situatia si sa initieze remedierea defectiunii. Repunerea in functiune a instrumentului se va face in maxim 15 zile de la constatarea defectiunii de catre specialist/inginerul de service. Piese de schimb necesare intretinerii corective se vor achizitiona de Prestator. Dupa fiecare sesiune de intretinere, inginerul de service va intocmi un Proces verbal de service. Lista de piese de schimb si consumabile necesare pe intreaga perioada contractuala pentru intretinerea preventiva si corectiva a celor doua cromatografe DGA SRI Instruments din Laboratorul Chimic se regaseste in Caietul de sarcini CR 39690 rev. 0, capitolul 6 "Caracteristici tehnice si de performanta". Codurile produselor sunt specifice echipamentelor DGA SRI Instruments din Laboratorul Chimic. Se accepta si produse echivalente daca se face dovada compatibilitatii tehnice ale acestora cu echipamentele existente.