

## Transferina

I.D.: 51967820

---

Data publicarii	25.11.20	Coduri CPV	33696200-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 229,28 RON - 229,28 RON

---

Descriere: COMPOZITIE A. Reactiv.Tampon imidazol 0.1 mol/l, anticorpi de capra anti transferina umana, azida de sodiu 0.95 g/l, pH 7.5 CARACTERISTICI METROLOGICE • Limita de detectie:4.8 mg/dl • Interval de masurare(valori aproximative dependente de concentratia cea mai mare a standardului): 4.8-700 mg/dl.Pentru concentratii mai mari diluati proba 1/5 cu apa distilata si repetati masurarea. • Repetabilitate ( in cadrul unei serii de masurari) Concentratie medie CV n 167 mg/d 1.8% 20 394 mg/dl 3.0% 20 • Reproductibilitate( de la o serie de masurari la alta). Concentratie medie CV n 167 mg/d 3.6% 25 394 mg/dl 2.4% 25 • Sensibilitate : 2.0 mA\*dl/mg la 360 mg/dl • Veridicitate: rezultatele obtinute cu acesti reactivi nu au aratat diferente sistematice prin comparatie cu reactivi de referinta. Detalii ale experimentelor comparative sunt disponibile la cerere. • Efect de imprastiere: valori fals scazute sunt obtinute daca concentratia Transferinei din proba este mai mare de1500 mg/dl • Interferente: hemoglobina (10 g/l), bilirubina (20 mg/dl) si factorul reumatoid(300 UI/ml) nu interfera. Lipemia (trigliceride>7.5 g/l) poate afecta rezultatul. Alte medicamente si substante pot interfera4

---