

Achizitie de indicatori pentru sterilizare

I.D.: 47749891

Data publicarii 29.06.20 Coduri CPV 33698000-9 33198200-6 33124131-2

Pretul estimativ: 19.429,00 RON - 19.429,00 RON

Descriere: Indicator sterilizare aburi, autoclav 19mmx50m , autoadeziv, rola. Pret afisat/rola. Etichetat: nr. lot, dimensiuni, valabilitate. Indicator biologic este proiectat pentru monitorizarea procesele de sterilizare cu caldura uscata la 160, 180 ° C. Este compus din doua tuburi(fiole), A Si B. Tubul A contine populatie de Bacillus atrophaeus ATCC 9372 spori îmbibata într-o banda de hârtie atasata la capac. Auxiliar tubul de plastic B protejeaza fiola de sticla care contine mediul de cultura de culoare albastra. Dupa procesul de sterilizare se incubeaza indicatorul biologic prelucrat si indicatorul utilizat ca martor pozitiv pentru un maxim de 48 ore la 37 ± 2 ° C. Lectura ar trebui sa fie la fiecare 10 ore. Declaratie de conformitate, certificat analiza / lot pret afisat / FIOLA / ATENTIE: pentru o sterilizare sunt necesare 2 fiole (A si B) impachetare: 50 fiole / cutie INDICATOR BIOLOGIC CU SPORI DE BACILLUS STEAROTHERMOPHILUS 10^6 - ATCC 7953 - INOCULATI IN HARTIE DE FILTRU PLASAT IN INTERIORUL FIOLEI. STERILIZARE CU ABUR 121-134 C, TIMP DE PROCESARE 24 H IN INCUBATOR la 57 grade C, NU NECESITA CONDITII DE LABORATOR. DACA TOTI SPORII AU FOST DISTRUSI, CULOAREA VA RAMANE NESCHIMBATA MOV. IN CAZ CONTRAR, CULOAREA SE VA SCHIMBA IN GALBEN. DECLARATIE DE CONFORMITATE, NR. LOT, TERMEN VALABILITATE. AMBALARE: 100 FIOLE/CUTIE PRET AFISAT / FIOLA INDICATOR STRIP DUBLU PENTRU STERILIZAREA CU ABUR (FIECARE STRIP CONTINE CATE 2 INDICATORI ABUR LA UN CAPAT SI LA CELALALT, CARE SE POT SEPARA S