
Indicator biologic sterilizare abur GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS fiola 24h, 50/pk, BT20

I.D.: 61797569

Data publicarii	08.10.21	Coduri CPV	24931250-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 546,00 RON - 546,00 RON

Descriere: Indicator biologic sterilizare abur (autoclav) GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS fiola 24h, 50/pk, BT20 Indicator biologic cu spori 10^6 de Bacillus Stearothermophilus inoculati in hartie de filtru plasat in interiorul fiolei. Sterilizare cu abur 121-134°C, timp de procesare 24 h in incubator, nu necesita conditii de laborator. Daca toti sporii au fost distrusi, culoarea va ramane neschimbata - mov. In caz contrar, culoarea se va schimba in galben
