
Obtinere aut. punere in functiune si utilizare accelerator medical si simulator CT

I.D.: 39857723

Data publicarii	13.06.18	Coduri CPV	71340000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 16.305,45 RON - 16.305,45 RON

Descriere: Documentatia tehnica de punere in functiune va cuprinde minim urmatoarele informatii: - Justificarea, optimizarea si descrierea practicii; - Descrierea acceleratorului liniar medical; - Descrierea spatiilor si constructiilor utilizate; - Programul de limitare a dozelor si constrangerile aplicabile, principiul ALARA; - Clasificarea locurilor de munca in zone controlate si zone supravegheate, planurile de situatie; - Clasificarea pe categorii a expusilor profesional; - Pregatirea si autorizarea personalului; - Responsabilii cu siguranta radiologica pe zone si expertii acreditati; - Buletin de verificare a criteriilor de acceptabilitate si teste de acceptanta. Documentatia tehnica de utilizare va cuprinde minim urmatoarele informatii: - Justificarea, optimizarea si descrierea practicii; - Descrierea surselor de radiatie si a instalatiilor radiologice; - Managementul deseurilor radioactive si eliberarea de efluenti radioactivi (daca este cazul); - Descrierea spatiilor si constructiilor utilizate; - Programul de limitare a dozelor si constrangerile aplicabile, principiul ALARA; - Clasificarea locurilor de munca in zone controlate si zone supravegheate, planurile de situatie; - Clasificarea pe categorii a expusilor profesional; - Evaluarea dozelor, sistemul de monitorizare, organismul dozimetric acreditat; - Pregatirea si autorizarea personalului; - Mijloacele de radioprotectie individuala si colectiva; - Responsabilii cu siguranta radiologica pe zone si expertii acreditati; - I
