

Etuva de laborator

I.D.: 12722060

Data publicarii	03.05.16	Coduri CPV	33191000-5
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	12.05.16	Pretul estimativ:	7.700,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

Descriere: Etuva de laborator -1 buc.pentru uscarea si sterilizarea veselei de laborator,Caracteristici=incarcare max.120kg,temp.de setare +20 grade C pana la +300 grade C,temp.de lucru +10grade C peste temperatura ambientala,convecție forțată ,rezoluție 0,1grade C pana la 99,9 grade C si 0,5 grade C peste 100grade C ,constructie inox (interior si exterior),sensor de temperatura Pt-100 ,interfata Ethernet ,Timer digital cu programare in intervalul 1 minut pana la 99 zile ,23 ore,protectia temperaturii /dubla ,monitorizare electronica cu ajustare libera a temperaturii si limitator de temperatura mechanic ,conform DIN 12880,certificat calibrare intr-un punct +160 grade C,functie inteligenta pornirea procesului in momentul in care se atinge temperatura in punctual setat ,dimensiuni maxime interior,,400 X 300 X 560mm(latime x adincime x inaltime),dimensiuni maxime exterior 585x514x947mm (latime x adincime x inaltime),putere consumata 2500 W.
