

Diverse instrumente de evaluare și de testare

I.D.: 6867973

Data publicarii	24.06.15	Coduri CPV	38900000
-----------------	----------	------------	----------

Termenul limita pentru depunere: 08.07.15 16:00

Descriere: Prediectem znmwwienia jest dostawa termostatu cieczowego w konfiguracji przedstawionej w dokumencie pt. „Wymagania Techniczne: Termostat cieczowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do Warunków Przetargowych i obejmuje:1. Dostawę termostatu cieczowego do siedziby Zamawiającego;2. Instalację i uruchomienie termostatu cieczowego w siedzibie Zamawiającego;3. Dostarczenie niezbędnej dokumentacji (instrukcja obsługi, instrukcja konserwacji, itp.) i/lub innej wymaganej do prawidłowej eksploatacji w języku polskim i/lub angielskim4. Nieodpłatne przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji w terminie podanym przez Zamawiającego.Wymagania techniczne:Wymagane parametry:Układ termostatu pionowyGłębokość zanurzenia minimum 400 mmZakres temperatury: -80 oC ÷ +300 oCUwaga: może być np. w dwóch podzakresach, zależnie od czynnika roboczego;dopuszczalne są dwa urządzeniaStabilność absolutna minimum ±0,01 oCNiejednorodność w pionie maksimum ±0,03 oCRejestracja parametrów temperatury wymaganaTransmisja danych do komputera wymaganaRegulator o rozdzielczości minimum 0,01 oC wymaganyRegulator zabezpieczający przed nadmiernym wzrostem temperatury wymaganyBlok wyrównawczy wymaganyWyposażenie do wzorcowania termometrów szklanych wymaganeŚwiadectwa wzorcowania wyposażenia metrologicznego wymaganeWyniki pomiarów rozkładu temperatury dla 3 punktów zakresu pomiarowego wymaganeGwarancja min. 12 miesięcyWymagana ilość: 1 kpl.
