

Pipete de laborator și accesorii

I.D.: 86114504

Documente participare:

- Cerinte tehnice minimale - Pipete laborator.doc

Data publicarii	23.08.23	Coduri CPV	38437000-7
Termenul limita pentru depunere:	25.08.23	Pretul estimativ:	2.800,00 RON - 2.800,00 RON

Descriere: Clarificare la solicitarea primită pentru anunțul de publicitate nr. ADV1380505 /22.08.2023
Intrebare 1 Referitor la cerinta: " - pipeta cu volum variabil de pipetare avand o capacitate între 100 si 1000 μ L (pas din 0,1 in 0,1 μ L), cu un singur canal" Va rugam sa precizati daca prin pas de 0.1 in 0.1 μ L va referiti la procentul de inacuratete sau la imprecizie? Raspuns: Precizez ca trebuie trecut pas de 1 μ L in 1 μ L in loc de "pas de 0.1 in 0.1 μ L" . Se referă la precizia pipetei (ex. se pot pipeta volum de 101 μ L respectiv următorul volum de 102 μ L
Intrebare 2 Referitor la cerinta: " pipeta cu volum variabil de pipetare avand o capacitate între 0,5 si 5 mL (pas din 5 in 5 μ L), cu un singur canal" Va rugam sa precizati daca prin pas din 5 in 5 μ L va referiti la procentul de inacuratete sau la imprecizie? Raspuns: Se refera la precizia pipetei (ex. se pot pipeta volum de 1000 μ L si următorul volum care poate fi pipetat este de 1005 μ L - nu se pot pipeta volume intermediare).
