
ACHIZITIE DIRECTA

I.D.: 98690161

Data
publicarii 13.06.24

Coduri CPV

50421000-2

Pretul
estimativ: 6.300,00 RON - 6.300,00 RON

Descriere: Verificarea tehnica periodica post-garantie pentru urmatoarele echipamente: - model B, banca de sange cu temperatura pozitiva si constanta de 4°C - model F, congelator de temperatura scazuta de -40°C - model U, congelator de temperatura ultra scazuta de -80°C - hemomixer model T-RAC II Procedura de verificare tehnica periodica presupune: 1. Intretinerea echipamentelor frigorifice ce cuprinde cel putin urmatoarele operatii: - Verificarea tehnica (curatare, ajustare, lubrifiere parti mecanice mobile) conform tabelor de verificare indicate de catre producatorul echipamentului. - Diagnoza gradului de uzura a pieselor/componentelor echipamentului. - Inlocuirea consumabilelor uzate la echipamente in baza listei de consumabile - Verificarea functionarii echipamentului in parametrii tehnici. 2. Interventia, la solicitarea achizitorului, in caz de defectiune va consta in urmatoarele operatiuni, dupa caz: - constatarea/diagnosticarea defectiunii; - dupa caz evaluarea pieselor de schimb necesare; - dupa caz remedierea echipamentului defect/inlocuirea piesei defecte; 3. Reparatia: - toate piesele/componentele ce vor fi inlocuite vor fi noi si originale, respectand caracteristicile functionale prevazuta in cartea tehnica a echipamentelor si vor beneficia de garantie prevazuta de lege
