

Echipamente de laborator, optice și de precizie (cu excepția ochelarilor)

I.D.: 6867976

Data publicarii	24.06.15	Coduri CPV	38000000
-----------------	----------	------------	----------

Termenul limita pentru depunere: 08.07.15 16:00

Descriere: Prediectem zozmówienia jest dostawa komory klimatycznej w konfiguracji przedstawionej w dokumencie pt. „Wymagania Techniczne: Komora klimatyczna” stanowiącym Załącznik nr 1 do Warunków Przetargowych i obejmuje:1. Dostawę komory klimatycznej do siedziby Zamawiającego;2. Instalację i uruchomienie komory klimatycznej w siedzibie Zamawiającego;3. Dostarczenie niezbędnej dokumentacji (instrukcja obsługi, instrukcja konserwacji, itp.) i/lub innej wymaganej do prawidłowej eksploatacji w języku polskim i/lub angielskim4. Nieodpłatne przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji w terminie podanym przez Zamawiającego.Wymagania techniczne: Komora klimatycznaWymagane parametry:Objętość komory roboczej minimum 240 litrówWymiary wewnętrzne, minimum szerokość: 650 mmwysokość: 750 mmgłębokość: 450 mmZakres temperatury: -10 ÷ +100 oC (bez wilgotności)+10 ÷ +90 oC (z wilgotnością)Stabilność temperatury 0,1 ÷ 1,0 oCFluktuacja temperatury 0,1 ÷ 0,3 oCZakres wilgotności 10 ÷ 98 % RHFluktuacja wilgotności 2 % RHPunkt rosy 5 ÷ 90 oCInne wymagania:Rejestracja parametrów temperatury i wilgotności wewnątrz i na zewnątrz komoryTransmisja danych do komputeraWewnętrzne (przeźroczyste) drzwiZabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem temperaturyPółki ze stali nierdzewnejOświetlenie wnętrza komoryWspółpraca komory z komputerem (przesyłanie wyników, sterowanie)Świadectwa wzorcowania wyposażenia metrologicznegoWyniki pomiarów rozkładu temperatury i wilgotności dla 3 punktów zakresu pomiarowegoGwarancja min. 12 miesięcyWymagana ilość: 1 szt.