
Indicator biologic/Indicatori biologici super rapid plasma fluorescenta Bionova BT96

I.D.: 92048964

Data publicarii	15.01.24	Coduri CPV	33198200-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.000,00 RON - 1.000,00 RON

Descriere: Monitorizeaza toate procesele de sterilizare cu plasma Contine spori de Bacillus stearothermophilus (ATCC® 7953™) log 6 Fiola cu mediu de cultura inclus; timp de incubare 30 minute la 60 C, in incubatoarele smart cu autocitire Bionova, prin metoda de detectare fluorescentei, fara a fi nevoie de conditii de laborator. Rezultatul este tiparit de catre dispozitivul de citire in limba romana, pentru a putea fi pastrat ca inregistrare in registrele de sterilizare Prezinta indicator extern pentru confirmarea procesarii fiolei in cadrul procesului de sterilizare corespnzator. Conformitate cu standardele EN ISO 11138-1, Pprezinta rapoarte de testare pentru demonstrarea timpului redus de incubare Valabilitate 24 luni de la data fabricatiei Ambalare: 50 fiole/cutie. PREZENTA TINE LOC DE COMANDA FERMA. REF. 21/11.01.2024
