
Verificare Tehnica Sterilizator cu Abur - BO I

I.D.: 75148197

Data publicarii	09.11.22	Coduri CPV	50800000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 3.000,00 RON - 3.000,00 RON

Descriere: Verificare Tehnica Sterilizator cu Abur CISA, include: - Constatate defectiuni - Verificare conexiuni electrice - Verificare valve pneumatice - Verificare pompa apa - Verificare pompa vacuum - Verificare generator aburi - Inlocuire filtre apa retea - Curatare filtre apa sterilizator - Golire/Umplere retea cu apa - Verificare parametri de functionare in timpul ciclului. Prezenta tine loc de comanda ferma.
