

## **Trusa ELISA pentru determinarea TSH ; Trusa ELISA FT4 - 2. controale incluse in kit**

I.D.: 59348814

Data publicarii 26.07.21 Coduri CPV 33141625-7 33696500-0

Pretul estimativ: 430,00 RON - 430,00 RON

Descriere: Trusa ELISA pentru determinarea TSH v2.2 si Certificat de analiza cu valori pentru seruri de control Lyphocheck Immunoassay Bio-Rad pe 3 nivele ● Controale incluse: 2 flacon x 1ml; ● Sensibilitate analitica: 0,01  $\mu$ IU/ml; ● Domeniu de conc. evaluat: 0,01 - 20  $\mu$ IU/ml; ● Incubare: 1h la 37°C + 20 min la temp. camerei. Producaor: DDS Diagnostic. Marcaj CE. Kitul contine: Placa ELISA: 1 x 96 godeuri acoperite cu anticorp monoclonal anti-TSH, ambalate in folie de aluminiu. Se pastreaza la 2-8 °C pana la data de expirare trecuta pe placa Standarde TSH: 6 flacoane, S0 x 1ml/flacon, S1-S5 x 1 ml/flacon; Concentratii: 0 ; 0,5 ; 2 ; 5 ; 10 si 25  $\mu$ IU/ml; Seruri control TSH: 2 flacoan1 1 ml; Solutie conjugat: 1 flacon x 6 ml; Solutie substrat-TMB: 1 flacon x 11 ml; Solutie de stopare: 1 flacon x 6 ml; Solutie de spalare concentrata(de 40X): 1 flacon x 25 ml. Termen de valabilitate: 12 luni Trusa Elisa FT4 var. 2.2. Producato: DDS Diagnostic. Marcaj CE. Kit-ul contine: ● Controale incluse: 2 flacoane x 1ml; ● Sensibilitate analitica: 0,19 ng/dL ● Domeniu de conc. evaluat: 0,19 - 7,78 ng/dL ● Incubare: 1h la 37°C + 20 min la temp. camerei. Placa ELISA: 1x96 godeuri detasabile, acoperite cu T4, ambalate in folie de aluminiu. Dupa deschidere, placa se poate pastra la 2-8°C pana la data de expirare a trusei. Standarde FT4: 6 flacoane x 1ml/flacon Concentratii: 0; 0,38; 0,77; 1,55; 3,88; 7,77 ng/dl.