



Revizii periodice conform contract

I.D.: 43669462

Data publicarii	09.08.19	Coduri CPV	50800000-3 50324200-4
Pretul estimativ:	2.485,00 RON - 2.485,00 RON		

Descriere: Pachetul include: Revizie periodica incubator cu CO2 - 1 buc: In cadrul reviziei se verifica: - starea generala a incintei incubatorului (lipsa punctelor de coroziune, curatenia in locurile inaccesibile), la incubatoarele cu refrigerare se va demonta capacul lateral pentru constatarea eventualelor neetanseitati la sistemul frigorific. - functionarea sistemului de protectie la temperatura; - se va seta aparatul la o temperatura medie a domeniului de lucru si se va masura temperatura din centru; dupa stabilizarea temperaturii se asteapta 30-60 minute si se compara media obtinuta cu valoarea setata; daca deviatia este mai mare de $\pm 1^{\circ}\text{C}$ pt. temp. 0-60°C sau $\pm 3^{\circ}\text{C}$ pt. temp. 60-100°C se va recomanda efectuarea calibrarii temperaturii. - Se va verifica instalatia de CO2 si sintele de siguranta aferente, - Se va verifica stabilitatea indicatiei de CO2 Revizie periodica incubator - 1 buc. Se va efectua testul de ELECTROSECURITATE in conformitate cu EN/IEC 62353. In cadrul reviziei se verifica: - starea generala a incintei incubatorului (lipsa punctelor de coroziune, curatenia in locurile inaccesibile), la incubatoarele cu refrigerare se va demonta capacul lateral pentru constatarea eventualelor neetanseitati la sistemul frigorific. - functionarea sistemului de protectie la temperatura; - se va seta aparatul la o temperatura medie a domeniului de lucru si se va masura temperatura din centru; dupa stabilizarea temperaturii se asteapta 30-60 minute si se compara media obtinuta cu valoarea