

Achizitie radiocauter - 1 bucata.

I.D.: 26795804

Data publicarii	20.03.18	Coduri CPV	33100000-1
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	27.03.18	Pretul estimativ:	39.186,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: Puterea nominala de radiofrecventa la taiere sa fie max. 100 W la 2,2 MHz, cu reglare continua Puterea nominala de radiofrecventa la coagulara sa fie max. 90 W la 2,2 MHz, cu reglare continua Sa permita reglareaputerii prin taste si afisarea digitala a puterii reglate Sa dispuna de 4 moduri de operare: -Incizie simpla -Incizie cu coagulare -Coagulare permanenta -Coagulare permanenta bipolara (upgradare ulterioara) Sa permita schimbarea modului de lucru fara atingerea panoului frontal al unitatii de baza, prin piesa de mana sau optional din pedala Sa permita memorarea ultimei setari din aparat Sa dispuna de manere si cabluri diferite pentru cele 2 functii diferite Piese de mana, cablurile aferente, electrodul neutral si electrozii sa fie autoclavabili Sa dispuna de taiere simpla cu sau fara coagulare, cu urmatoarele caracteristici: Forma curentului la taiere sa fie unda filtrata Puterea maxima de inalta frecventa la taiere sa fie de minim 100 Watt la 2.2 MHz, la rezistenta de 1 kohmi Puterea momentana utilizatasa fie afisata digital Sa ofere posibilitatea reglarii plafonului maxim de taiere intre 1 si 100 Wati, in trepte de 1 W Sa permita programarea hemostazei in 9 trepte in timpul taierii Sa dispuna de coagularea monopolară, cu urmatoarele caracteristici: Frecventa de lucru la coagulare sa fie de 2.2 MHz Puterea maxima la coagulare sa fie de minim 90 Watt la 2.2 MHz, la rezistenta de 1 kohmi Modul de coagulare sa fie continuu sau pulsatil Sa ofere posibilitatea reglarii plafonului maxim de coagulare intre 1 si 90 Wati Sa ofere posibilitatea setarii timpului de coagulare intre intervalele 0,05-0,45 secunde sau functionarea functiei de coagulare permanent Sa dispuna de urmatoarele functii de siguranta: unitatea monitorizeaza montarea si pozitionarea electrodului neutru In cazul unor erori, sistemul sa activeze un semnal sonor si sa afiseze un cod de eroare care sa indice sursa problemei Sa dispuna de urmatoarele accesorii: Pedala Maner pentru functia de taiere cu intrerupator galben Maner pentru functia de coagulare cu intrerupator albastru Set de electrozi Electrode pentru conizatie cu sistem de fixare a tesutului, 2 bucati Electrode tip bucla Cablu neutrala Neutrala Specificatia tehnica este minimala si obligatorie pentru ofertanti. Caracteristicile tehnice enumerate sunt performantele minimale solicitate, iar neindeplinirea lor atrage excluderea ofertantului din procedura. Ofertantul va prezenta obligatoriu materialele de prezentare ale producatorului aparatului (pliante, prospecte, manual de utilizare, etc., in original/copie conform cu originalul) unde se regasesc cerintele din specificatia tehnica. TERMEN DE LIVRARE: MAXIM 30 zile de la semnarea contractului. TERMEN DE GARANTIE : MINIM 24 de luni de la punerea in functiune.
