
Rola plata de sterilizare 150mm, 250, 400 x 200m, integratori, test bowie dick, etichete

I.D.: 83210687

Data publicarii	09.06.23	Coduri CPV	33198200-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 12.376,00 RON - 12.376,00 RON

Descriere: Monitorizează toți parametrii critici: timp, temperatură, absența aerului și calitatea aburului. Monitorizează toate ciclurile de sterilizare cu abur (121°C- Eticheta indicator abur pentru container sterilizare Mode de ambalare 100 buc / cutie inoculati in hartie de filtru plasat in interiorul fiolei. Sterilizare cu abur 121-134°C, timp de procesare 24 h in incubator, nu necesita conditii de laborator. Daca toti sporii au fost distrusi, culoarea va ramane neschimbata - mov. In caz contrar, culoarea se va schimba in galben. Fiolele indicator biologic cu spori de bacillus stearothermophilus pot fi citite in incubatoarele Bionova Declaratie conformitate,certificat calitate lot, data fabricatiei si data expirarii, termen de valabilitate : 2 ani de la data fabricarii, ISO Ambalare: 100 fiole/cutie Etichete cu suport dublu adeziv și indicator de proces pentru sterilizarea cu abur. Dimensiunea etichetei: 29x28mm / 32X28mm. Eticheta este din Hârtie Vellum pe suport dublu adeziv axcrylic. produs fara latex. Fabricat conform Standard STEAM ISO11140-1 Cerneală netoxică clasa 1 Indicatorul de proces, după ciclul de sterilizare la autoclav, se transformă de la roz la maro. CONFORMITATEA PRODUSULUI EN ISO 11140-1: 2014 Indicator de clasă 1.EN ISO 14001: 2015 și certificare a calității EN ISO 9001: 2015 Pentru utilizare facila (in cazul volumelor mari) se recomanda folosirea lor cu aparatul de etichetat si inscriptionat aflat in stoc. Mod de ambalare: rola cu 500 de etichete dublu adezive
